



ESTADO DE ALAGOAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

Gerência de Gestão Hospitalar

R. Cônego Fernando Lyra, s/n - Trapiche da Barra, Maceió - AL, - Bairro Trapiche da Barra, Maceió/AL, CEP 57010-430
 Telefone: 8233156113 - www.uncisal.edu.br/

Memorando nº E:62/2020/Gerência de Gestão Hospitalar

A Senhora Gestora da SULOG

Assunto: **Aquisição de Correlatos para iminente atendimento de Coronavírus**

Senhora Gestora,

Solicita-se a aquisição dos itens listados abaixo, conforme especificações, recomendação da OMS e Termo de Referência em anexo, considerando a iminente recepção de pacientes acometidos pelo Coronavírus, a fim de garantir a atenção necessária diante de um possível surto que venha a atingir o estado de Alagoas.

Item	Descrição do item – Características Mínimas
01	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, TAMANHO 7,0 - 12 FR - ADULTO. Sistema aspiração traqueal envolto em cobertura plástica, válvulas laterais que permitam instilação de solução fluidificante e coleta de secreção para exame, com respirador, conector para tubo (paciente), conexão em "T" para conexão do tubo e da extensão do respirador, sonda para aspiração em polivinil carbono graduado em centímetro com reservatório de controle de válvula de aspiração codificada por cores para facilitar a identificação do tamanho, tampa protetora da válvula. Este item será entregue individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverão estar impresso dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
02	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, TAMANHO 7,0 - 14 FR - ADULTO. Sistema aspiração traqueal envolto em cobertura plástica, válvulas laterais que permitam instilação de solução fluidificante e coleta de secreção para exame, com respirador, conector para tubo (paciente), conexão em "T" para conexão do tubo e da extensão do respirador, sonda para aspiração em polivinil carbono graduado em centímetro, com reservatório de controle de válvula de aspiração codificada por cores para facilitar a identificação do tamanho, tampa protetora da válvula. Este item será entregue individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverão estar impresso dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Alceny dos Santos Pereira
 Gerente de Gestão Hospitalar

Documentos Relacionados: I - Termo de Referência (SEI nº 2990032).
 II - Recomendação OMS (SEI nº 2992653).

Documento assinado eletronicamente por **Alceny Dos Santos Pereira, Gerente** em 19/03/2020, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2989657** e o código CRC **27A39EDE**.